



ETAP I

ETAP II

- Legenda:**  
 Optyczno-magistralny system przywoławczy
- Centrala nr artykułu: 735000  
montaż h=1,5 - 1,7m r=1 lub p1 do puszek KAISER 9013 (diodowa 9013 (puszka), 5101(nawka))
  - Terminal Pacjenta TP2- z wezw. lek. i wysiw LCD  
nr artykułu: 735021, montaż 1,5 - 1,7m (puszka rejestrowa podwójna zespolona w pionie)
  - Moduł z lampą sygnalizacyjną 3 kolory,  
nr art. 735040, montaż 2,2m
  - Przycisk przywoławczy sznurkowy,  
nr art. 95723 (pasywny) - montaż 2,2m
  - Przycisk kaskujący,  
nr art. 957203 (pasywny) - montaż 0,7-1,5m
  - Przycisk przywoławczy-odwoławczy lekarza,  
nr art. 957282 (pasywny) - montaż 0,7-1,5m
  - Gniazdo z przyciskiem przywoławczym i manipulatorem  
nr art. 957347 (pasywny) + manipulator art. 957722 (sterowanie  
oświetleniem - 2 obwody)
  - Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W,  
10A, montaż na szynie DIN  
Wymiar: 6 jednostek szerokości
  - Centrala oddziałowa,  
nr artykułu 735200, montaż na szynie DIN  
Wymiar: 6 jednostek szerokości
  - Magistrala sznurkowa  
przewód typu: YTKSY 3x2x0,8mm
  - Magistrala sztywna  
przewód typu: YTKSY 3x2x0,5mm

| ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOŁONE ZA PISEMNA ZGODĄ WŁAŚCIELI PRAW AUTORSKICH I PRAWACH POŚCIEŻYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.) |  |                      |                                |
|--|--|----------------------|--------------------------------|
| <b>BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.</b>   |  |                      |                                |
| BRANŻA   | INST. NISKOPRĄDOWE   | SYMBOL               | 169-CHO-B-C-PW-VIII-1P NR RYS. |
| INWESTOR   | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JASŁE  |                      |                                |
| ADRES  | 38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 20   |                      |                                |
| NAZWA INWESTYCJI   | PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JASŁE |                      |                                |
| ADRES INWESTYCJI   | 38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 20<br>DZIAŁKA NR 9/1 OBRĘB 3 BŁONIE  |                      |                                |
| TEMAT  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE BUDYNEK B + C  |                      | SKALA 1:100                    |
| TREŚĆ  | RZUT III PIĘTRA. INSTALACJA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO   |                      | DATA 06.2016                   |
| PROJEKTANT   | IRP-UPR 83904  | OPRACOWAŁ            | SIPRAWDZILE BPP-UPR 12484      |
| INŻ. JAROSŁAW KUBISIAK   |  | INŻ. LECH BEDNARCZYK |                                |