



SZPITAL SPECJALISTYCZNY w JAŚLE



ISO 9001:2015
9122.SZPI

Znak sprawy: PN/ 40/ 2019

Jasło, dn. 2019-12-18

ODPOWIEDZI na zapytania dotyczące treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „dostawa implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle” Numer sprawy: PN/40/2019

Szpital Specjalistyczny w Jasle (Zamawiający) informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843), którego przedmiotem jest dostawa implantów ortopedycznych.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1: PAKIET 18 – BIOMATERIAŁY LP. 1 Czy Zamawiający dopuści syntetyczne granule do uzupełniania ubytków kostnych również o pojemności 2cc

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 2: PAKIET 18 – BIOMATERIAŁY LP. 2 Czy Zamawiający dopuści syntetyczne bloki do uzupełniania ubytków kostnych o pojemności 5x5x20

Odpowiedź 2: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 3: dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5 Czy zamawiający w pakiecie 5 poz. 5 dopuści kotwicę z materiału PEEK średnica 5,5 mm implant wbijany, możliwość równoczesnego napięcia 4 nitok.

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 4: dotyczy Pakietu nr 17 Czy w pakiecie nr 17 Zamawiający dopuści system protezy:

Poz. 1) Całkowitej anatomicznej endoprotezy stawu ramiennego.

Głowa kości ramiennej w 11 rozmiarach od 36 do 52mm. Wysokość 12-24mm.

Część łopatkowa protezy - panewka cementowana w 3 rozmiarach.

Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm

Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm

Trzpień urazowy bezcementowy w 12 rozmiarach, śr. 5-18, długość 70-200mm.

Kanały w nasadzie trzpienia do mocowania guzków. Głowa kości ramiennej śr. 36-52mm.

Możliwość pochylenia głowy względem trzpienia w zakresie 113-165 stopni i retrotorsji +/- 30 stopni.

Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem.

Poz. 2) Panewki anatomicznej polietylenowej z czterema bolcami (jeden centralny i trzy peryferyjne) w trzech rozmiarach.

Poz. 3) Całkowitej odwróconej endoprotezy stawu ramiennego.

Trzpień cementowany w 16 rozmiarach lub bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm

Element łopatkowy bezcementowy wykonany z tantalu -trabecular metal, mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia.

Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm.

Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu.

Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach

Bez zachowania pierwotnych warunków opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 5: dotyczy Pakiet 18 poz. 1,2,3 Czy zamawiający w pakiecie 18 dopuści substytut kości, syntetyczny, osteokondukcyjny, na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu, w postaci granulek 2-3mm średnicy (poz.1), wielkość makroporów 300-600 µm, wielkość mikroporów <10 µm, porowatość 60-70%, opakowanie 5ml, prostopadłościan 5mm x 5mm x 10mm (poz. 2) pakowany po 4 szt. lub 2 szt., 5mm x 5mm x 20mm (poz. 3) prostopadłościan pakowany po 4 szt. lub 2 szt.

Odpowiedź 5: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 6: Pakietu 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści równoważną nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenyzy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikroślaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego.

Dostępna w rozmiarze 25x30mm o grubości 2mm.

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 7: Pakietu 18 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniany (12-24 m-ce), porowatość 70%. W postaci granulek o wielkości 2-4 mm, w opakowaniu 5 ml?

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 8: Pakietu 18 poz. 2-3 Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniany (12-24 m-ce). Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi. W postaci bloczków o wymiarach 20x5x5mm (poz. 2) oraz 20x10x10mm lub 38x30x15mm (poz. 3)?

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 9: PAKIET 18 Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości składający się z 100% β -TCP - fosforan trójwapniowy, stanowiący rusztowanie dla przerostu kostnego i ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 1 do 6 miesięcy, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, wytrzymałość mechaniczna 3,6 Mpa, porowatość granulatu 90%; porowatość bloków 80%; dostarczany w sterylnych opakowaniach, w formie:

1. granule śr. 3-4mm, 5g,
2. blok 8x8x20mm,
3. blok 15x15x20mm lub 15x20x30mm ?

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wprowadza zmian

Pytanie 10: Dot. Formularz ofertowy pkt. 4 - Czy nastąpiła omyłka pisarska poprzez umieszczenie Pakietu 18 w ramach użyczenia instrumentarium i typoszeregu implantów? Pakiet 18 jest przewidziany zgodnie z pkt. 6, umową oraz kryteriami oceny ofert do dostaw na zamówienie w ciągu max 7 dni.

Odpowiedź 10: Tak, zaistniała pomyłka pisarska w Formularzu ofertowym w pkt. 4, należy wykreślić z treści „18”. W tym Pakiecie użyczenie instrumentarium i typoszeregu implantów nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 8, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy do celów ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź 11: Zamawiający nie wprowadza zmian

Pytanie 12: Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 1 lit 3 i 3a, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź 12: Zamawiający nie wprowadza zmian

ZATWIERDZAM
Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jasle
mgr Zbigniew Betlej