



Znak sprawy: PN/ 41 / 2020

Jasło, dn. 2021-02-03

ODPOWIEDZI
na zapytania dotyczące treści SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle

Informujemy, że w postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy od Wykonawców następujące pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1: dot. Pakiet 6 Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie i parametrach:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie min. 75 x 190 cm (opakowanie zestawu),

1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze $\geq 90 \text{ g/m}^2$, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m² klejone do serwety na całej jej powierzchni.

1 x serweta dwuwarstwowa wzmocniona 200 x 200 cm z przylepcem 90 cm z dodatkowym padem chłonnym 50 x 75 cm w strefie krytycznej.

2 x serweta dwuwarstwowa wzmocniona 75 x 90 cm z przylepcem 86 cm na dłuższym boku z dodatkowym padem chłonnym 36 x 90 cm w strefie krytycznej.

1 x serweta dwuwarstwowa wzmocniona 150 x 240 cm z przylepcem 90 cm na dłuższym boku z dodatkowym padem chłonnym 50 x 75 cm w strefie krytycznej.

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

2 x ręczniki celulozowe 30 x 30 cm

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. L

Fartuchy chirurgiczne wzmocnione, pełnobarierowe, wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m², wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Rękaw zakończony miękkim poliestrowym mankietem nie powodującym ucisku na skórę, podwójny szew na rękawach. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy >100cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho min. 200 kPa, odporność na rozerwanie na mokro min. 188 kPa.

Każdy zestaw posiada kartę informacją ze spisem komponentów i min.4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Sterylne obłożenie wykonane z min. dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnie z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min.55g/m². Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym min.110 g/m². (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min.361 kPa i na mokro min. 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min.386 ml/m²

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2: dot. Pakiet 9 Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia bez pojemnika na igły i ostrza oraz z:

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L (**zamiast 2 fartuchów wzmocnionych**)

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m², wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Rękaw zakończony miękkim poliestrowym mankietem nie powodującym ucisku na skórę, podwójny szew na rękawach. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy >100cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho min. 200 kPa, odporność na rozerwanie na mokro min. 188 kPa.* (**tak jak SIWZ**). Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza i wykreśla z opisu pojemnika na igły i ostrza i 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony L.

ZATWIERDZAM

***Z - ca Dyrektora
ds. Administracyjno- Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jasle
mgr Zbigniew Betlej***

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY po zmianie

Otrzymują:

1. zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl
2. a /a