



SZPITAL SPECJALISTYCZNY w JAŚLE



ISO 9001:2015
9122.SZPI

Znak sprawy: ZO/ 57/2021

Jasło, dn. 2021-12-16

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot. zapytania ofertowego na dostawę środków ochrony indywidualnej dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle.

Informujemy, że w postępowaniu otrzymaliśmy od Wykonawców następujące pytania:

Pytanie 1: Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści maski FFP3 w których: Przeznaczona do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 50 x NDS.?

Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2: Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar L i XL?

Odpowiedź 2: Zamawiający wymaga rozmiary min. L, XL.

Pytanie 3: Pakiet 4, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zgodnego z normą PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126:2003?

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Pakiet 7, poz. 1 - W związku z pojawieniem się na rynku ubrań operacyjnych, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje ubrań operacyjnych przebadanych zgodnie z aktualnym wydaniem normy EN tj. z normą EN 13795-2:2019.

Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych, co ma być potwierdzone raportem z badań z niezależnego laboratorium oraz załączenia tego raportu do oferty?

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza wyrób zarówno jako środek ochrony indywidualnej albo wyrób medyczny.

Pytanie 5: Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 6 kombinezonu ochronnego o gramaturze 55g/m² ?

Odpowiedź 5: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6: Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pak. nr. 8 osłon na obuwiu o gramaturze 55 g/m², których szwy nie są dodatkowo zakryte taśmą?

Odpowiedź 6: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści nauszники ze spinką w zamian taśm nagłowia ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 7: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający zmienia w formularz ofertowy – druk nr 1: w Pakiecie 5 (półmaski klasy FFP3) wykreśla taśmę nagłowia i zamienia na taśmę zakładaną za uszy.

Załączniki:

druk nr 1 – formularz ofertowy po zmianie I

zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jasle

mgr Zbigniew Betlej